ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบการติดป้าย ฉลาก และAutoclave tape ว่ามีหรือไม่
2. บันทึกชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใส่ในหม้อนึ่งโดยระบุ 1 หรือ 2 *หรือ* 3 ลงใน 'ใบรายการเครื่องมือ' (F-SUP-007) ของชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามหม้อ 1 หรือ 2 *หรือ* 3 ที่ทำการนึ่ง
3. *ห่อผ้าที่มีลักษณะแบน ควรวางบนชั้นวางในลักษณะตะแคง ถาดที่ใส่อุปกรณ์ที่มีช่องที่ก้นถาด ควรจัดวางในลักษณะวางราบ ไม่วางซ้อนกัน*
4. นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นโลหะชนิดหนักๆ หรือห่อใหญ่ไว้ด้านใน/ข้างล่างสุด *และควรวางให้ห่างกันประมาณ 2 -4 นิ้วฟุต โดยวางบนชั้นเดียวกัน ห่อที่มีขนาดเล็กควรวางไว้ชั้นบน และแต่ละห่อควรห่างกันประมาณ 1 – 2 นิ้วฟุต และหากจัดเรียงห่ออุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กซ้อนกันควรจัดวางในลักษณะสับหว่าง*
5. ไม่บรรจุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แน่นจนติดด้านหน้าและด้านหลังหม้อ *จะต้องไม่ให้ห่ออุปกรณ์สัมผัสกับผนังด้านในหรือเพดานของช่องอบ* เพราะจะทำให้ผ้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์เปียกชื้น
6. *การนึ่งถุงมือยาง ควรนึ่งต่างหาก ไม่นึ่งปนกับอุปกรณ์อื่นๆ ควรบรรจุห่อถุงมือในตะแกรง และควรจัดวางห่อถุงมือในลักษณะตะแคง ไม่ให้ห่อสัมผัสผนังด้านในของเครื่องนึ่ง และควรจัดวางเพียงชั้นเดียวไม่วางซ้อนกัน ตะแกรงที่บรรจุห่อถุงมือควรวางไว้ชั้นบนของเครื่องนึ่ง*
7. *อุปกรณ์ที่เป็นชามอ่างหรือเป็นภาชนะที่เป็นของแข็ง ควรวางในลักษณะตะแคงข้าง เพื่อให้อากาศภายในผ่านออกได้สะดวก และหากมีหยดน้ำค้างอยู่ภายในภาชนะ น้ำจะสามารถไหลออกได้ง่าย หากจำเป็นต้องทำให้อุปกรณ์ประเภทนี้ปราศจากเชื้อพร้อมกับเครื่องผ้า ควรวางห่อภาชนะเหล่านี้ไว้ที่ชั้นล่างสุดของช่องของเครื่องนึ่งไอน้ำ*

ผู้จัดทำ……	……..
หัวหน้างานจ่ายกลาง-ซักฟอก	วันที่
ผู้อนุมัติ ……	…….. ……
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	วันที่
สถานะเอกสาร……	

เอกสารนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลขุขันธ์ ห้ามนำออกไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต